

## Arbetsutskottet - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

**Tid:** Tisdagen den 10 september 2019

**Plats:** Ambulans, diagnostik och hälsa, Nyhems vårdcentral Halmstad

### Ledamöter:

Ann Molander (L)	Ordförande
Kerstin Nilsson (S)	1:e vice ordförande
Johnny Rosenberg Bodmar (KD)	2:e vice ordförande

### Tjänstemän:

Micael Nilsson, tf förvaltningschef  
Sabine Hansson, sekreterare

### §9

#### Justering

#### Beslut

Arbetsutskottet beslutade att utse Kerstin Nilsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

### §10

#### Investering i uppgradering av masspektrometer för Klinisk kemi Halland

Bilaga

#### Beslut

Arbetsutskottet beslutade att godkänna investering i uppgradering av masspektrometer för Klinisk kemi Halland, i enlighet med föreliggande underlag.

#### Ärendet

Enligt Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa delegerade ärenden är det nämndens arbetsutskott som beslutar om investeringar i maskiner och utrustning mellan 1 mnkr och 5 mnkr per objekt inom tilldelad ram.

Från tf förvaltningschef förelåg redovisning av aktuellt ärende rörande investering i uppgradering av masspektrometer för Klinisk kemi Halland.

## Handlingar i ärendet

Investering i uppgradering av masspektrometer för Klinisk kemi Halland

Vid protokollet

  
Sabine Hansson

Justerat 2019-09-10

  
Ann Molander

  
Kerstin Nilsson

Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands digitala anslagstavla på webben 2019-09-

## Investering i uppgradering av masspektrometer för Klinisk kemi Halland

### Förslag

Förslaget är att investera i en uppgradering av två masspektrometer för Klinisk kemi Halland.

### Bakgrund och motiv

Enheten specialkemi har tre LC-MSMS instrument (vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion) som används till kvantitativ bestämning av sjukdomsmarkörer, läkemedel/metaboliter av läkemedel (TDM), och markörer för missbruk.

Två av instrumenten är äldre än sju år och därmed ekonomiskt avskrivna. Det är dessa två som kan uppgraderas till samma status som den nyaste, inköpt 2016. Det innebär att alla tre maskiner har samma status och att nästa upphandling under åren 2023-24 kan göras samlad för alla tre maskinerna,

Systemet består av en vätskekromatograf och masspektrometer (detektor) samt styrdator och programvara.

Styrgrupp för investeringar på förvaltningsnivå har behandlat ärendet. Ärendet hänskjuts till arbetsutskottet för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, för behandling i enlighet med regionens beslutsordning och driftnämndens delegationsordning.



AM LN

## **Kostnader och finansiering**

Investeringsutgiften för instrumenten bedöms till 2,9 mnkr. Investeringen finns med i driftnämndens investeringsplan för 2019 men med ett belopp på 2,45 mnkr. Merkostnaden bedöms rymmas inom fastställd investeringsbudget.

### **Fastighetsinvestering**

Inga särskilda installationskostnader förväntas, det nya systemet ska ersätta ett gammalt så ytor, uppkopplingar mot gas, IT, el finns på plats.

### **Driftskostnader**

Ingen påverkan.

## **Tidplan**

Tidplan kommer att utarbetas av verksamheten.

## **Ambulans, diagnostik och hälsa**

Anders Westberg  
Förvaltningschef

*AM LN*