

Regionstyrelsen

§57

Reinvestering MR-kamera för Röntgen Halland

RS200145

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna framställan från Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa gällande reinvestering av en 1,5 tesla MR-kamera för Röntgen Halland med placering i Varberg

Ärendet

Inom Röntgen Halland finns fem MR-kameror, två i Halmstad (1,5T och 3T), två i Varberg (1,5T och 3T) och en i Kungsbacka (1,5T). Varberg har en 1,5 tesla MR-kamera som är från år 2008. Maskinen har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. MR-kameran är av en typ som inte går att uppgradera. Röntgen Halland har ett kontinuerligt ökat inflöde av MR-remitter vilket innebär att utbytet är befogat.

Reinvesteringen finns med såväl i driftnämndens beslutade investeringsplan för år 2020 som i investeringsplanen för år 2020 i Mål och budget som beslutades av Regionfullmäktige i juni 2019.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna framställan från Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa gällande reinvestering av en 1,5 tesla MR-kamera för Röntgen Halland med placering i Varberg

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse reinvestering MR-kamera Röntgen Halland Varberg
- § 9, Reinvestering MR-kamera för Röntgen Halland

Expedieras till

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Regionkontoret
Ekonomi
Louise Lindstedt
Budgetchef

Regionstyrelsen

Reinvestering MR-kamera för Röntgen Halland

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
Godkänna framställan från Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa gällande reinvestering av en 1,5 tesla MR-kamera för Röntgen Halland med placering i Varberg

Sammanfattning

Inom Röntgen Halland finns fem MR-kameror, två i Halmstad (1,5T och 3T), två i Varberg (1,5T och 3T) och en i Kungsbacka (1,5T). Varberg har en 1,5 tesla MR-kamera som är från år 2008. Maskinen har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. MR-kameran är av en typ som inte går att uppgradera. Röntgen Halland har ett kontinuerligt ökat inflöde av MR-remisser vilket innebär att utbytet är befogat.

Reinvesteringen finns med såväl i driftnämndens beslutade investeringsplan för år 2020 som i investeringsplanen för år 2020 i Mål och budget som beslutades av Regionfullmäktige i juni 2019.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Reinvesteringsutgiften för MR-kameran bedöms till 14 miljoner kronor och finansieras inom befintlig investeringsram. Installationen kommer att genomföras i befintliga utrymmen där viss lokalanpassning kommer behöva göras. En tidig uppskattning är att anpassningen understiger 2 miljoner kronor och finansieras inom befintlig ram. Efter genomförd projektering kvalitetssäkras anpassningskostnaderna. Övriga driftkostnader bedöms inte få någon påverkan.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Bilaga:

Protokollsutdrag från driftnämnd ambulans, diagnostik och hälsa

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§9

Reinvestering MR-kamera för Röntgen Halland DNADH200008

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- med tillstyrkan framställa till Regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av en 1,5 tesla MR-kamera för Röntgen Halland med placering i Varberg i enlighet med föreliggande underlag.

Ärendet

Röntgen Halland i Varberg har en 1,5 tesla MR-kamera som är från år 2008. Maskinen har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Reinvesteringen finns med såväl i driftnämndens beslutade investeringsplan för år 2020 som i investeringsplanen för år 2020 i Mål och budget som beslutades av Regionfullmäktige i juni 2019. Från förvaltningen föreligger ett underlag som beskriver reinvesteringen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med tillstyrkan framställa till Regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av en 1,5 tesla MR-kamera för Röntgen Halland med placering i Varberg i enlighet med föreliggande underlag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Reinvestering MR-kamera för Röntgen Halland

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Till:
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Reinvestering MR-kamera för Röntgen Halland

Förslag

Förslaget är att driftnämnden med tillstyrkan framställer till Regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av en 1,5 tesla MR-kamera för Röntgen Halland med placering i Varberg.

Bakgrund och motiv

Inom Röntgen Halland finns 5 MR-kameror, 2 i Halmstad (1,5T och 3T), 2 i Varberg (1,5T och 3T) och en i Kungsbacka (1,5T). Varberg har en 1,5 tesla MR-kamera som är från år 2008. Maskinen har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. MR-kameran är av en typ som inte går att uppgradera. Röntgen Halland har ett kontinuerligt ökat inflöde av MR-remitter vilket innebär att utbytet är befogat.

Styrgrupp för investeringar på förvaltningsnivå har behandlat ärendet. Ärendet hänskjuts till arbetsutskottet för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, för behandling i enlighet med regionens beslutsordning.

Reinvesteringen finns med såväl i driftnämndens beslutade investeringsplan för år 2020 som i investeringsplanen för år 2020 i Mål och budget som beslutades av Regionfullmäktige i juni 2019.

Kostnader och finansiering

Reinvesteringsutgiften för MR-kameran bedöms till 14 mnkr.

Fastighetsinvestering

Installationen kommer att genomföras i befintliga utrymmen där viss korrigerig behöver göras, bedömningen är att anpassningar i fastigheten kommer att understiga 2 mnkr.

Driftskostnader

Ingen påverkan.

Tidplan

Tidplan kommer att utarbetas av verksamheten.

Ambulans, diagnostik och hälsa

Anders Westberg
Förvaltningschef