

Arbetsutskottet - Driftnämnden Hallands sjukhus

Tid: Måndagen den 31 januari 2022

Plats: Teams-möte

Ledamöter:

Christian Lidén (C)

Inger Svensson (M)

Margit Bik (S)

Christoffer Johansson (S)

Christofer Lundholm (M)

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Tjänstemän:

Carolina Samuelsson, sjukhuschef

Sabine Hansson, sekreterare

§3

Justering

Arbetsutskottet beslutar att utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Uppgradering av tak-/försörjningspendlar på intensivvårdsavdelningen, Hallands sjukhus Varberg

Beslut

Arbetsutskottet beslutar om uppgradering av tak-/försörjningspendlar på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Hallands sjukhus Varberg i enlighet med beslutsunderlag.

Ärendet

Enligt Driftnämnden Halland sjukhus delegerade ärenden är det nämndens arbetsutskott som beslutar om investeringar i maskiner och utrustning mellan 1 mnkr och 5 mnkr per objekt inom tilldelad ram. Från sjukhuschef förelåg redovisning av aktuellt ärende avseende uppgradering av tak-/försörjningspendlar på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Hallands sjukhus Varberg.

Beslutsunderlag

Uppgradering av tak-/försörjningspendlar på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Hallands sjukhus Varberg

Vid protokollet

Sabine Hansson

Justerat 2022-

Christian Lidén

Margit Bik

Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands digitala anslagstavla på webben 2022-

Uppgradering tak-/försörjningspendlar på intensivvårdsavdelningen, Hallands Sjukhus Varberg

Förslag

Förslaget är att beslut tas om uppgradering av tak-/försörjningspendlar på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Hallands sjukhus Varberg i enlighet med vad som beskrivs i detta beslutsförslag.

Bakgrund, motiv och förutsättningar

Majoritet av utrustningen i en IVA-sal behöver vara monterad på en så kallad mediaförsörjningspendel i taket (takpendel). Via denna sker försörjning av el, gas, med mera till respektive intensivvårdspatientplats. Takpendeln möjliggör enklare förflyttning av utrustning på salen och håller golvet fritt från sladdar och utrustning. Exempel på annan form av utrustning som monteras på pendeln är ventilatorer, ljuskällor, processorer, sugar och infusionsutrustning.

Befintliga pendlar installerades 2008-9 och är avskrivna sedan flera år. Pendlarna i sig håller många år till, men gasslangar och elkablar inuti pendelgodset behöver bytas inom en snar framtid och antalet nätverksuttag måste utökas snarast på grund av att mängden datoransluten utrustning idag är större än 2008. I samband med byte planeras för översyn av el- och gasuttag och byte vid behov ut. Med denna uppgradering bedöms utrustningen hålla i 10 år till. En mindre lokalanpassning behöver göras, i huvudsak för att gasen till varje pendel ska kunna stängas av separat enligt ny nationell standard.

Investeringsansökan har behandlats och tillstyrkts av Hallands sjukhus styrgrupp för investeringar 2021-12-15. Sjukhuschefen tillstyrker med denna framställan godkännandet, men hänskjuter enligt beslutsordningen ärendet till Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott.

Kostnader och finansiering

Den totala reinvesteringskostnaden beräknas till 2.200.000 kronor, varav 200.000 kr avser lokalanpassning. Avskrivningstiden är 10 år och det förväntas inte tillkomma några kostnader för serviceavtal/underhåll. Denna investering finns med i fastställd investeringsplan för Hallands sjukhus 2022.

Tidplan

Investeringen beräknas genomföras under kvartal 2-3 2022.

Konsekvensbeskrivning jämställdhet

Förvaltningen bedömer att ärendet inte innebär några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Halland sjukhus

Carolina Samuelsson
Sjukhuschef

Jonny Eriksson
Ekonomichef

