

Förslag på ändringar i vårdriktlinjer för hjälpmedel 2020

Allmänt

Vi har arbetat efter det internationella klassificeringssystemet ISO 9999 utgåva 6. Ingen förändring av ISO-koder har skett.

Även i 2020 års vårdriktlinjer kommer hela ISO-kodsdefinitionen som beskriver produktområdet att finnas med under varje ISO-kod, enligt klassificeringssystemet. Definitionerna är en direkt översättning från engelska till svenska och kan innebära att vissa beskrivningar även omfattar hjälpmedel som inte är förskrivningsbara i Halland.

Kunderna har även i år haft möjlighet att lämna synpunkter inför revideringen av vårdriktlinjerna 2020.

Förändringar inom alla vårdriktlinjer:

- Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.
- Språkliga och grammatiska ändringar.
- Ändrat förskrivare leg. sjuksköterska med tjänst som kommunsköterska till leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.
- Tagit bort dubbelförskrivning av hjälpmedel där det tidigare stått nej. Upp till kostnadsansvarig att besluta om detta.
- Tagit bort hänvisningar till övergripande riktlinjer för hjälpmedel eftersom den ersätts av Socialstyrelsens skrift "Förskrivning av hjälpmedel".
- Länkar är uppdaterade.

Förändringar inom specifika vårdriktlinjer:

04 30 06 Hjälpmedel för kylbehandling

Förskrivare. Tillägg: Leg. sjukgymnast med specialistkompetens inom neurologi.

04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Mål med hjälpmedlet.

Ny text; Positionering i sittande och liggande för att skapa symmetri, förebygga kontrakturer, motverka progrediering av redan befästa kontrakturer, förbättra position för andning samt ge stöd och stabilitet åt kroppen i olika positioner under dygnets 24 timmar.

Tidigare; Används i förebyggande/avlastande syfte för positionering i sittande/liggande.

063003 Peruker

Övrigt. Lagt till att konsumentköplagen gäller.

063009 Ögonfransar och ögonbryn

Övrigt. Lagt till att konsumentköplagen gäller.



09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram

Övrigt.

Ny text; Tipprisk kan föreligga om toalettstolsförhöjningen blir ojämnt belastad eller inte står stabilt.

Tidigare; Tipprisk kan föreligga om toalettstolsförhöjningen blir ojämnt belastad.

12 12 04 Fordonsanpassningar och tillbehör för att kontrollera hastighet

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

12 12 07 Fordonsanpassningar och tillbehör till fordon för att styra fordonet

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

12 12 12 Säten och dynor till motorfordon samt tillbehör och anpassningar som rör sittande i fordon

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

12 12 15 Lyftar för att flytta en person som inte sitter i rullstol in i eller ut ur fordon

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

12 12 18 Hjälpmedel för att flytta en person sittande i rullstol in i eller ut ur fordon

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

12 12 21 Hjälpmedel för att lasta tomma rullstolar in i eller på ett fordon

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

12 18 06 Tre- och fyrehjuliga cyklar med fotpedaler

Övrigt. Tillägg: Hjälpmiddelscentrum ansvarar för alla reparationer och åtgärder punkteringar. Detta för att få en likvärdig hantering gällande cyklar.

12 18 09 Handdrivna tre- och fyrehjuliga cyklar

Övrigt. Tillägg: Hjälpmiddelscentrum ansvarar för alla reparationer och åtgärder punkteringar. Detta för att få en likvärdig hantering gällande cyklar.

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning (uppresning)

Kriterier. Tillägg: Brukaren ska kunna framföra den eldrivna stolen självständigt och på ett säkert sätt.

Mål med hjälpmedlet.

Ny text; Ge ökad möjlighet till självständig förflyttning i personens dagliga aktiviteter.

Tidigare: Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus.



12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning (dubbelkommando)

Mål med hjälpmedlet.

Ny text: Ge ökad möjlighet till förflyttning i personens dagliga aktiviteter, både självständigt och med insats av anhörig eller vårdare.

Tidigare: Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus självständigt eller med hjälp av annan person.

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning

Kriterier. Tillägg: Brukaren ska kunna framföra den eldrivna rullstolen självständigt och på ett säkert sätt.

Mål med hjälpmedlet:

Ny text; Ge ökad möjlighet till självständig förflyttning i personens dagliga aktiviteter.

Tidigare: Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus.

12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

Mål med hjälpmedlet:

Ny text; Ge ökad möjlighet till förflyttning i personens dagliga aktiviteter med insats av anhörig eller vårdare.

Tidigare; Möjliggöra förflyttning inom och eller utomhus med hjälp av annan person.

12 24 21 Däck och hjul till rullstolar

Kriterier.

Ny text: Specialdrivhjul med lätt vikt

Aktivitetsbegränsning som medför behov av drivhjul för självständiga lyft i och ur bil.

Aktivitetsbegränsning som medför behov av drivhjul för ökad drivstyvhet.

Tidigare: Specialdrivhjul med färre och grövre ekrar

Aktivitetsbegränsning som medför behov av drivhjul för att öka rullstolens stabilitet.

Få bättre grepp om drivhjulet vid självständiga lyft i och ur bil.

12 27 15 Rullbrädor och krypvagnar

Förskrivare. Tillägg: Leg. Arbetsterapeut.

12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning (glidlakan)

Målgrupp.

Ny text; Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att ändra kroppsställning i liggande.

Tidigare; Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att ändra kroppsställning i liggande eller sittande.

12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning (glidbräda)

Kriterier: Tillägg: Glidskiva. Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller svårighet att positionera sig i stol och eller applicera lyftsele.

Mål med hjälpmedlet: Möjliggöra positionering i stol och/eller applicering av lyftsele.

12 31 15 Uppresningsbälten och västar

Målgrupp. Tagit bort: Person med funktionsnedsättning som medför svårighet vid manuella förflyttningar. Den ingår i de övriga två målgrupperna som är kvar.



12 36 18 Stationära fristående lyftar

Kriterier.

Ny text; Fristående taklyft kan förskrivas då man av utrymmesskäl eller andra skäl inte kan använda mobil personlyft eller där fast monterad taklyft inte är ett alternativ. Tidigare; Mobil lyft sak alltid först övervägas innan fristående stationär lyft förskrivas. Råd i förskrivningsprocessen. Stationär fristående taklyft kan vara ett alternativ t.ex. hos tunga brukare, vid överflyttning i trånga utrymmen, då behovet bedöms som tidsbegränsat, samt då tillräckligt hög lyfthöjd inte kan uppnås med mobil lyft.

12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak

Övrigt.

Ny text; Taklyft kan inte förskrivas till pool/simbassäng.

Tidigare; Taklyft kan inte förskrivas till pool.

18 10 12 Huvudstöd och nackstöd

Förskrivare. Lagt till i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Råd i förskrivningsprocessen. Lagt till Kontakta alltid hjälpmedelskonsulent inför utprovning.

18 12 24 Separata ställbara rygg- och benstöd för sängar

Målgrupp.

Ny text; Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att ändra kroppsställning från liggande till sittande eller från sittande till liggande i säng, eller förflyttning i och ur säng.

Tidigare; Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att ändra kroppsställning från liggande till sittande eller från sittande till liggande i säng.

22 12 15 Skrivmaskiner

Ta bort denna ISO-kod då det inte finns några produkter här inom kommunikation.

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd (bildstöd)

Ta bort denna iso-kod då det inte finns några produkter inom kommunikation och kognition.

22 33 03 Stationära datorer

Ta bort denna iso-kod då det inte finns några produkter inom kommunikation.

24 18 27 Armstöd som underlättar manuella aktiviteter

Mål med hjälpmedlet.

Ny text; Person ska få ökad självständighet i delar av dagliga livets aktiviteter.

Tidigare; Person ska bli självständig i dagliga livets aktiviteter.

30 03 03 Leksaker

Övrigt. Sandlådestolen som tidigare avsågs har utgått och därför är texten utbytt.

Ny text; Här avses stol för marksittande.

Tidigare; Här avses sandlådestol.

30 03 06 Lekplatsutrustning

Övrigt. Tillägg; Gungställning är ett egenansvar och ingår inte.



Förslag på nya vårdriktlinjer:

22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor (PODD)

Ny vårdriktlinje. Ett nytt material som provas ut enligt en certifierad metod, det krävs en utbildning för att förskriva denna produkt.

22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor (PODD)

ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel för närkommunikation i de fall tal inte är möjligt eller svårt. Här ingår t.ex. bokstäver, bilder, symboler, ikonsatser och ikonbrädor.

Beslutat av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. logoped.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att tala och att skriva.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som medför stor svårighet att kommunicera tillfredsställande genom tal och skrivna meddelanden.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra och underlätta kommunikation.

PODD-böckerna är avsedda att användas istället för eller som komplement till det egna talet.

Övrigt

För att förskrivning ska vara aktuell ska förskrivaren ha gått eller vara anmäld till en tvådagars PODD-kurs.

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning

Utprovning av PODD ska ske i samråd med Resurscentrum för kommunikation Dako.

Remiss skickas till Resurscentrum för kommunikation Dako, se hemsida, <http://www.regionhalland.se/dako-forskrivare> (ny länk kommer att uppdateras innan publicering)



09 12 15 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

Ny vårdriktlinje. Tidigare har det varit ett egenansvar. Skruvmonterade toasitsar går inte att montera på vägghängda toaletter. Toalettstolar har över tid ändrats så de vi har i sortiment inte passar.

09 12 15 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

ISO-kodsdefinition

Lösa toalettstolsförhöjningar som placeras direkt på porslinet och som utan svårighet kan lyftas bort från toaletten.

Beslutat av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01.
Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.
Används där fast monterade toalettstolsförhöjningar inte fungerar.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Vid bedömning värderas för- och nackdelar mellan en fast monterad och en fristående toalettstolsförhöjning.

En fast monterad toalettstolsförhöjning går inte att få lika hög som en fristående toalettstolsförhöjning.

Utprovning

Montera toalettstolsförhöjningen centrerad på porslinet för ökad stabilitet och minimerad tipprisk.

