

## 12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar (Påhängsdrivaggregat)

---

### Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)

[Förskrivare](#)

[Målgrupp](#)

[Kriterier](#) God kognitiv förmåga.

[Mål med hjälpmedlet](#)

[Råd i förskrivningsprocessen](#)

---

### **ISO-kodsdefinition**

Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa användaren eller vårdaren att köra rullstolen, eller för att köra rullstolen utan manuell kraft.

---

Beslutat av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2021-  
Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

### **Förskrivare**

Leg. arbetsterapeut.  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.  
I samråd med hjälpmedelskonsulent.

### **Målgrupp**

Person med funktionsnedsättning som medför behov av motoriserad hjälp för att självständigt framföra manuell rullstol med fast ramfront och fotbåge utomhus.

### **Kriterier**

God kognitiv förmåga.  
God syn.  
God hörsel.  
God arm-handfunktion.  
Aktiv och van rullstolsförare.

Aktivitetsbegränsning som medför att person med nedsatt kraft och uthållighet har svårighet att självständigt framföra rullstolen utomhus.

Behovet och utförandet ska vara regelbundet och frekvent.

### **Mål med hjälpmedlet**

Möjliggöra självständig förflyttning utomhus.  
Möjliggöra delaktighet i samhället.

### **Råd i förskrivningsprocessen**

#### **Bedömning**

Kontakta alltid hjälpmedelskonsulent inför utprovning av frontmonterat drivaggregat för manuell rullstol med fast ramfront och fotbåge. Bilaga Checklista inför utprovning manuell rullstol ska bifogas.

Drivaggregat för manuell rullstol ska inte förskrivas till person som har pågående alkohol- eller drogmissbruk. Inte heller om personen har kognitiv-, hörsel- eller synnedsättning alternativt mediciner som påverkar körförmågan negativt.

### **Barn och ungdom**

Föräldrar eller annan vårdgivare ansvarar för att barnet/ungdomen kör i lämplig trafikmiljö. Läkarintyg krävs vid förskrivning.

### **Utprovning**

Begränsning vid hindertagning och lutning ska beaktas.  
Förskrivaren ansvarar för att personen får en erforderlig trafikundervisning och efter träning på ett säkert sätt kan framföra drivaggregatet.

## Övrigt

Här avses påhängsdrivaggregat som är frontmonterat på en aktivrullstol med fast ramfront och fotbåge.

Förskrivning får enbart ske om nedanstående punkter gällande förvaring är uppfyllda.

Förvaringsutrymmet ska vara utformat så att stöld och skadegörelse på drivaggregatet förhindras.

Förvaringsutrymmets temperatur får ej understiga +5°C då det finns risk för kondens i elektroniken och i batterierna. Detta påverkar drivaggregatets driftssäkerhet och därmed patientsäkerheten.

Ett batteri ingår i hyran. Vid förskrivning av ytterligare batteri debiteras vårdgivande verksamhet.

När drivaggregat framförs utomhus ska gällande trafikregler följas;

- vid färd upp till 6 km/tim ska trafikregler för gångtrafikant följas
- vid färd över 6 km/tim ska trafikregler för cyklister följas.

Maxhastighet är 15 km/h. Vissa modeller kan ha något lägre maxhastighet.

## Transport i fordon

Generellt rekommenderar ingen tillverkare att en manuell rullstol används som passagerarsäte i fordon. Det är viktigt att följa anvisningen i manualen från just den leverantör som tillverkat det aktuella drivaggregatet och rullstolen.